

NİHON KOHDEN HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP ARA HORTUMU

- 1- Hortum NİHON KOHDEN marka, model monitör ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Ara hortum yetişkin ve pediatrik manşon takılacak şekilde uygun adaptör ile verilmelidir.
- 3- NIBP ara kablosu hastabaşı monitörü ve hasta manşonu ile kolay çıkarılabilir yapıda olmalıdır.
- 4- Hortum tek parçadan oluşmalıdır.
- 5- Hortumun dağılmasını önlemek için çirt-çirtli yapıda bir ipi olmalıdır.
- 6- Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 7- Şeffaf poşet içerisinde nem tutucu paket bulunmalıdır.
- 8- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 10- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.



